

**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ,
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
(ФБУ «Красноярский ЦСМ»)**

ВЕДОМОСТЬ № 11964

дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию
г. Красноярск

16.07.2012

Наименование организации: ООО «Русал Медицинский Центр»

Наименование, тип, марка медицинской техники: Центрифуга лабораторная
клиническая ОПН-3.02

Заводской номер: 1245

Инвентарный номер: 0003784

Производитель: Россия

Год выпуска: 2006

Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата):
Работа в одну смену

Содержание драгоценных металлов:

Золото: нет данных

Серебро: нет данных

Платина: нет данных

Палладий: нет данных

Другие металлы: нет данных

Подробное техническое состояние всех узлов аппарата:

Выход из строя подшипников двигателя, неисправность обмоток двигателя

Причина выхода из строя аппарата:

Длительная интенсивная эксплуатация

Заключение специалиста ФБУ «Красноярский ЦСМ»:

Невозможность восстановления работоспособности оборудования по
причине отсутствия запасных частей и комплектующих.

Инженер отдела медицинского оборудования

/Томилькас А.В./

Начальник отдела медицинского оборудования:

/Бутан В. В./



660064 г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1А, Тел.: (391) 205-00-00; факс (391) 236-12-94