

АО "РУСАЛ Ачинск"

УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик АО "РУСАЛ Ачинск"
Чайковский А.В.

(Подпись) (фамилия, инициалы)
" " 2022 г.

Акт
технического состояния ТМЦ

№ 40 от 16.05.2022 г.

№ п/п	Наименование	Номенклатурный №	Технические характеристики	ЕИ	Количество	Учетная стоимость за единицу, руб. без НДС	Общая стоимость, руб. без НДС	Физический износ, %	Моральный износ*	Дата прихода на склад	Место накопления (№ склада)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	@Термопреобр.ТВР-251 200мм	00000000098030536	-	шт	5	1 355,55	6 777,75	90%	высокий	2011	1922	ЦС неликвиды
2	@Термопреобр.ТВР-299 120мм	00000000098030538	-	шт	4	1 355,55	5 422,20	90%	высокий	2011	1922	ЦС неликвиды
3	@Термопреобр.ТСП-0193-01 10П 1250мм	00000000098030565	-	шт	10	327,39	3 273,90	90%	высокий	2011	1922	ЦС неликвиды
4	@Термопреобр.ТСП-11.100 50П 2000мм	00000000098070857	-	шт	15	298,82	4 482,23	90%	высокий	2011	1922	ЦС неликвиды
5	@Термопреобр.ТСП-0193-01 10П 200мм	00000000098030566	-	шт	14,00	327,39	4 583,46	90%	высокий	2011	1922	ЦС неликвиды
6	Т/преобр.ТСП-11.100 50П 1000мм	00000000047045170	-	шт	5	327,39	1 636,95	90%	высокий	2011	1922	ЦС неликвиды
7	Т/преобр.ТСП-11.100 50П 250мм	00000000047045173	-	шт	32	298,82	9 562,10	90%	высокий	2011	1922	ЦС неликвиды
8	Т/преобр.ТХАв-0188-01-20000-2-10 б/у	00000000047081436	-	шт	146	315,35	46 041,39	90%	высокий	2011	1922	ЦС неликвиды

Техническая и прочая документация: нет

Обременение и ограничение прав: не имеется

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Термопреобразователи хранятся в неотапливаемом, пыльном помещении, с возможностью попадания атмосферных осадков и перепадов температуры (летом +30 С, зимой -40 С), с повышенной влажностью воздуха. ТВР - не применяется по назначению для измерения температуры в высокотемпературных печах с вольфрамовыми и молибденовыми нагревателями в среде аргона при избыточном давлении 30 кПа или в вакууме и в водородных электропечах в условиях сухого и увлажненного водорода при избыточном давлении 0,4 кПа. ТСП - не применяется по назначению для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных, а также агрессивных сред, не разрушающих материал защитной арматуры.

Техническое состояние: К дальнейшей эксплуатации не пригодны.

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии, наличии не устраненных дефектов при осмотре)

Дальнейшая эксплуатация возможна после: не возможна

В производственной деятельности АО "РУСАЛ Ачинск" не востребованы. Списать. Согласно актам технической непригодности средств

Заключение комиссии: измерений.

Председатель комиссии**: АО "РУСАЛ Ачинск" Сурначева О.П.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Члены комиссии: начальник службы экономической безопасности АО "РУСАЛ Ачинск" Буев С.А.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Начальник отдела логистики Панкова Е.И.

Кладовщик отдела логистики Елисеева М.А.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Исполнитель: Курбанова Д.Е. 3-43-31
(фамилия, инициалы; № тел.)

Примечания: _____

* Наличие морального износа: низкий 0-35%, средний 35-70%, высокий 70-100%

** Состав Комиссии по определению технического состояния ТМЦ утверждается Приказом по предприятию