

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ,
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
(ФБУ «Красноярский ЦСМ»)

ВЕДОМОСТЬ № 12248
дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию
г. Красноярск 17.08.2022г

Наименование организации: ООО «Русал Медицинский Центр»

Наименование, тип, марка медицинской техники: Вибротестер-МБН
МОДЕЛЬ 3

Заводской номер: -

Инвентарный номер: 281070002976

Производитель: -

Год выпуска: -

Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата):
Работа в одну смену

Содержание драгоценных металлов:

Золото:	<u>нет данных</u>
Серебро:	<u>нет данных</u>
Платина:	<u>нет данных</u>
Палладий:	<u>нет данных</u>
Другие металлы:	<u>нет данных</u>

Подробное техническое состояние всех узлов аппарата:
Выход из строя электронной платы управления
Физический износ

Причина выхода из строя аппарата:
Длительная интенсивная эксплуатация

Заключение специалиста ФБУ «Красноярский ЦСМ»:
Невозможность восстановления работоспособности оборудования по
причине отсутствия запасных частей и комплектующих.

Инженер отдела медицинского оборудования /Томильских А.В./

Начальник отдела медицинского оборудования: /Буган В. В./



ул. Академика Вавилова, д. 1А, Тел.: (391) 205-00-00; факс (391) 236-12-94