

ВЕДОМОСТЬ № 8570

дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию

1. Наименование организации: ООО «РУСАЛ Медицинский центр»
2. Наименование оборудования: Щит рентгенозащитная резиносвинцовая
передвижная Большая
3. Тип, марка: зав.№ инв.№ 287070003427
4. Изготовитель: _____
5. Дата выпуска: _____
6. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата):
Работа в одну смену
7. Количество ремонтов, проведенных за период эксплуатации и вид ремонта (средний, капитальный):
Не установлено
8. Подробное техническое состояние всех узлов аппарата:
Сломано основание
9. Причина выхода из строя аппарата:
Длительная эксплуатация
10. Заключение специалиста ФБУ «Красноярский ЦСМ»:
Дальнейшая эксплуатация невозможна.

Инженер отдела медицинского оборудования:

И.С. Прудников /Прудников И.С./

И.О. отдела медицинского оборудования:

И.А. Вац /Вац И.А./



07 03 2019.