

РУСАЛ Краснотурьинск

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
«РУСАЛ Краснотурьинск»  
Казачков В.В.  
« 28 » 09 2023г

**Акт  
технического состояния основного средства**

№ 3 от « 22 » сентября 2023 г.

1. Наименование

Экспресс-анализатор Alu-Compact

2. Тип, модель, класс

Модель: Alu-Compact II

3. Инвентарный №

140002873

4. Год выпуска

2012 г

5. Технические характеристики (габариты, мощность, производительность и т.д.):

*Длина – 730 мм, ширина- 460 мм, высота- 440 мм, 230 в, 50 Гц, 4А.*

6. ЗИП

нет

7. Физический износ, %

20%

8. Моральный износ\*

высокий

9. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 1 195 084,75

Остаточная 222 341,35

10. Дата ввода в эксплуатацию

13.03.2013

11. Нормативный срок службы, лет (мес.)

нет

12. Фактический срок службы, лет (мес.)

6 месяцев

13. Дата вывода из эксплуатации

30.12.2013

14. Причина вывода из эксплуатации\*\*

Консервация алюминиевого производства. Приказ БАЗ-13-П296 от 30.12.2013г.

15. Место нахождения (№ склада)

Л/О алюминиевого производства

16. Техническая документация

нет

17. Прочая документация

нет

18. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

нет

19. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

оборудование комплектно, технически исправно, видимых дефектов не обнаружено, в эксплуатации был 6 месяцев

20. Дальнейшая эксплуатация возможна после:  
Эксплуатация возможна при наличии потребности

21. Заключение комиссии:

Прибор по определению водорода в алюминии первичном и алюминиевых сплавах. в связи с отсутствием потребности в производственном процессе предприятия предлагается выставить на реализацию.

Председатель  
комиссии\*\*\*:

Коммерческий директор Геттман Н.В.  
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Члены комиссии:

Начальник ЦСХ Волошин В.Ф.  
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Начальник УСССиКОЗ Мелкозеров В.Ю.  
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Мастер по ЭО ЦСХ Шлегель А.Ф.  
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Специалист ОС Галкова Н.А.  
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Менеджер ДЗР  
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Исполнитель: Мелкозеров В.Ю.  
(фамилия, инициалы; № тел.)

(подпись)

Примечания: